


2020年7月31日

お客様各位

 株式会社インテグラル
アーティセンシャル事業部
部長 磯部 聡子

製品の出荷停止に関するご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記製品について、トレーニングを目的とした不潔サンプル使用時に動作不良が発生する事象を確認いたしました。現在この事象の原因を製造販売業者（EPJ メディカルサービス株式会社）ならびに海外製造元（LivsMed 社）に確認しております。当社では不具合の原因究明が完了し、製品に問題無いことが判明するまでの間、製品出荷を停止することと致しました。

お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 出荷停止製品

① 届出番号：届出番号：13B1X10004000055
販売名：ArtiSential ニードルホルダー

② 認証番号：302AFBZI00045000
販売名：ArtiSential バイポーラー電極

2. お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら、弊社営業担当者または下記へお問合せ下さい。

株式会社インテグラル アーティセンシャル事業部・薬事部
東京都品川区上大崎 2-25-2 新日黒東急ビル 11F
TEL：03-6417-0810 <https://www.integralcorp.jp/>

以上